

Insulinpumpebehandling og insulinmangel

Patientinstruks



Ved insulinpumpebehandling bruges udelukkende NovoRapid i pumpen og kroppens insulinlager er derfor meget lille. Der udvikles hurtigt insulinmangel, hvis insulintilførslen af en eller anden grund afbrydes. Den hyppigste årsag er et bøjet insulinkateter, men kan også skyldes en glemt bolus. I meget sjældne tilfælde er årsagen fejl ved pumpen.

Hvornår skal du mistænke insulinmangel:

1. Ved høje blodsukre over 15-16 mmol/l
2. Ved opkastninger og ondt i maven
3. Ved almen utilpashed

Hvad skal du gøre, hvis du måler et højt blodsukker:

1. Undersøg for ketonstoffer.
2. Kig i pumpens bolushistorik om du har glemt en måltidsbolus .
3. Undersøg om kateteret er faldet ud eller det er vådt og lugter af insulin.

1. Hvis du har det godt og har høje blodsukre, men ingen ketonstoffer.

1. Tag en ekstra bolus, max. 10 % af total døgndosis (2 enheder ved døgndosis på 20 enh.)
2. Afvent 2 timer. Hvis blodsukkeret er uændret eller højere: skift kateteret.
3. Hvis der stadig ikke er ketonstoffer tages en ekstra bolus svarende til max 10 % af døgndosis med det nye kateter.

Hvis du udvikler ketonstoffer: se under punkt 2.

Hvis du har det skidt og har høje blodsukre og ketonstoffer.

1. Kontakt straks diabetesteamet for råd og vejledning.
2. Tag ekstra NovoRapid med pen (max 10 % af døgndosis).
3. Skift insulinkateter og start basalraten.
4. Mål blodsukker og ketonstoffer efter 1 time og tag afhængig af blodsukkeret en ekstra bolus med pumpen (max 10 % af døgndosis).
5. Mål blodsukker hver 2. time og tag ekstra bolus, hvis blodsukrene stadig er for høje
6. Undersøg for blodketonstoffer ca. hver 2 time. De falder som regel indenfor en time,

hvis

behandlingen virker.

Vigtigt, kontakt dine behandlere eller hot-line igen, hvis:

1. Blodsukrene forbliver høje
2. Du bliver ved at have det dårligt
3. Ketonstofferne stiger eller er uændrede.
4. Du er utryg.

HVIS DIT BARN HAR ONDT I MAVEN ELLER KASTER OP, SKAL DU ALTID TÆNKE PÅ INSULINMANGEL OG BEGYNDENDE SYREFORGIFTNING.

